

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEȚUL IAȘI



HOTĂRÂREA NR. 172

privind casarea instalației de radiologie tip Eltex 400 seria 044/ 1977 montate în
Ambulatoriul Policlinicii Orașului Târgu Frumos

Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos,

Având în vedere:

- expunerea de motive înregistrată cu nr. 42539/ 24.11.2015;
- raportul Compartimentului Juridic înregistrat cu nr. 42540/ 24.11.2015;
- adresa înregistrată cu nr. 40889/ 26.10.2015;
- adresa înregistrată cu nr. 40890/ 26.10.2015;
- procesul verbal privind starea tehnică a aparatului Rx diagnostic ELTEX 400 (fabricat în anul 1977) înregistrat cu nr. 1319/ 09.11.2015;
- adresa înregistrată cu nr. 41669/ 09.11.2015;
- avizul favorabil al Comisiei economice, financiare și de disciplină din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos înregistrat cu nr. 556/ 25.11.2015;
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos înregistrat cu nr. 551/ 25.11.2015;
- prevederile art. 122 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată la data de 30 septembrie 2015;
- prevederile Ordinului nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
- prevederile Legii nr. 15/ 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale - republicată și actualizată.

În temeiul art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1) și al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale - actualizată la data de 30 septembrie 2015,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă casarea instalației de radiologie tip Eltex 400 seria 044/ 1977 montate în Ambulatoriul Policlinicii Orașului Târgu Frumos, conform Anexei Nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Conducerea Spitalului de Boli Cronice "Sfântul Ioan" Târgu Frumos, prin aparatul propriu, va îndeplini procedura de casare conform normelor legale în vigoare.

Art. 3. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește managerul Spitalului de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos.

Art. 4. Secretarul Orașului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județului Iași în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului Orașului Târgu Frumos, managerului Spitalului de Boli Cronice "Sfantul Ioan" Targu Frumos, compartimentelor direct interesate din cadrul Primăriei Orașului Târgu Frumos și o va aduce la cunoștință publică prin afișare pe pagina de internet www.primariatgfrumos.ro și/ sau în presă.

Data astăzi 26.11.2015.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
TOARBĂ DANIEL



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
TURCU MĂSILE



Adoptată în ședința publică ordinară cu un număr de 17 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” cu participarea a 17 consilieri locali prezenți dintr-un număr de 17 în funcție.

Alexa Nr. 1 la Proiectul de Hotărâre înregistrat cu Nr. 542 / 24.11.2015



S. C. SEEK - MED S. R. L IASI

CF: R1988480 RG: J22-1065-1991
 tel / fax: 0232-240290 Str. V. Lupu nr. 91, bl. L1. sc. B
 mobil: 0722-649580 et. 4, ap. 1, 700319 Iasi
 e-mail: seekmed@gmail.com
 Aut. Nr. VI579/2014



Alexa Nr. 1 la H.C.L. NR. 172 / 26.11.2015

Spitalul de Boli Cronice Tg. Frumos
 Intrare Nr. 1519
 legire
 Ziua Luna Anul

PROCES VERBAL

privind starea tehnica a aparatului Rx diagnostic
ELTEX 400 (fabricat 1977)

BENEFICIAR:	Unitatea:	Spit. de boli cronice	Adresa: Tg. Frumos
	Sectia:	Ambulatoriu de specialitate	
	Echipament:	Rx diagnostic 1 post G	tel. sectie: /int.
	Tip echipament:	ELTEX 400	tel.dir.ec.: /int.
	Serie/nr.inv.	444	tel. cont.: /int.

Necesar de reparatii:

Nr. crt.	Subansamblu	Bloc functional	Lucrari necesare
	Post grafie	Cupola cu tub Rx	Verificare generala, reglare parametri de lucru, verificare functionala
		Diafragma	
	Generator	Masa de comanda	
		Cabluri IT	

Necesar de inlocuire/reconditionare:

Bloc functional	Componenta	Stare tehnica actuala	Observatii
Post grafie	Cupola cu tub Rx	Defect	Necesar inlocuire
	Diafragma	Defect	Necesar inlocuire
Generator	Masa de comanda	Defect	Necesar reparatii
	Cabluri IT	Defect	Necesar inlocuire
	Trafo IT	Defect	Necesar inlocuire

Obs.

Aparatul este uzat fizic si moral, prezentand defectiuni substantiale. Avand in vedere vechimea aparatului, componentele si subansamblurile necesare pentru o eventuala reparatie nu se mai pot aproviziona, producatorul asigurand, in general, piese de schimb noi si originale pentru cel mult 10 (zece) ani de la data livrarii. In acest caz particular, producatorul nu mai exista, fabrica ELECTROTEHNICA Bucuresti fiind desfiintata de foarte mult timp, iar in aceste conditii aparatul nu se mai poate repara. Vechimea aparatului este de 38 ani, depasind oricum durata normata de functionare. Avand in vedere cele de mai sus, se propune casarea fizica a aparatului si, prin aceasta, scoaterea lui din evidentele care sunt impuse pentru aparatele roentgen, conf. normelor legale.

EXECUTANT,
 SC.SEEK MED SRL Iasi

BENEFICIAR,
 Spit. de boli cronice - Tg. Frumos

Intocmit

Şef secţie:

(semnătura)

(cau reprezentant autorizat)

(semnătura)



